

自動体外式除細動器（AED）仕様書

1 AED本体

- 1) 寸法 機器厚さ 150 mm以下 長辺 350 mm以下 短辺 300 mm以下
- 2) 重量 機器本体・バッテリー・パッドを含み, 3.0 kg以下
- 3) 音声操作ガイド 必要
- 4) 機器内部及び接続部品の自動点検機能 必要
- 5) 点検結果の通知 機器本体インジケータによる表示及び電子メール等による連絡
- 6) 非医療従事者向けAEDとして, 医療品医療機器等法の承認を受けていること
- 7) 小児対応 スイッチ切替え又はパッド交替により対応できること
- 8) 台数 6台 (内4台は交通管理隊パトロールカーに常備する)
- 9) 設置場所 上記8)の内4台 宮城郡松島町根廻字桐田 16
上記8)の内1台 宮城郡利府町春日字筆沢 5-3
(春日パーキングエリア上り線)
上記8)の内1台 宮城郡利府町春日字二ツ石 39-8
(春日パーキングエリア下り線)
- 10) その他 新品であること

2 AEDスタンド

- 1) 寸法 高さ 1700 mm以下 幅 500 mm以下 奥行き 500 mm以下
(成人が立位で無理なく取り出せることができる高さを想定)
- 2) 重量 指定しない
- 3) 電源の利用 不要
- 4) 材質 指定しない (設置場所は屋内である)
- 5) 警報音 収納ドアを開放した時に一定時間警報音を発すること
- 6) 台数 2台
- 7) 設置場所 三陸自動車道 春日パーキングエリア上り線1台、下り線1台
- 8) その他 新品であること

3 AED処置用テント

- 1) 寸法 高さ 150 cm以上
奥行 100 cm以上
幅 100 cm以上
- 2) 収納時寸法
及び設置場所 60 cm程度とし、上記2のAEDスタンドに吊るし保管すること
- 3) 台数 2張
- 4) その他 新品であること

4 アフターサービス (自社又はメーカーによる作業とする)

上記1 5) の通知により異常があった場合の緊急点検作業
定期的なAED本体及びスタンド・テントの点検
バッテリー、パッド等消耗品の有効期限内の交換 (交換部品費用も
サービス料に含むこと)
故障時の修理作業 (代替器を用意すること)
使用に関しての問合せ対応
導入時及び訓練時の機器取扱い説明対応

5 リース契約期間

令和4年8月から令和9年7月まで (60ヶ月)